

Communiqué de presse

Incident en rapport avec un coloscope

Sion, le 14 janvier 2019 — Lors des contrôles de routine effectués en décembre 2018 sur les coloscopes (appareils utilisés pour les examens visuels du côlon) de l'hôpital de Martigny, des microbes (bactéries) ont été trouvés en quantité modérée sur un appareil. Son retraitement selon la procédure en vigueur n'a pas permis de régler le problème et le coloscope en question a été immédiatement retiré et n'a plus été utilisé. Il a ensuite été envoyé au fabricant pour une révision détaillée. Les contrôles sur tous les autres coloscopes se sont révélés normaux et se poursuivent selon les procédures appliquées de longue date à l'Hôpital du Valais.

Microbes identifiés pas dangereux

Les microbes identifiés sur le coloscope en question ne sont pas dangereux, mais on ne peut pas exclure que d'autres, comme des virus ne pouvant pas être recherchés sur le coloscope, aient contaminé cet appareil. Bien que la transmission d'une maladie infectieuse par un coloscope soit extrêmement rare, tout doute concernant une infection doit être levé. Pour cette raison l'Hôpital du Valais a contacté les quatorze patients chez qui l'appareil en question a été utilisé afin de le leur proposer une consultation et des analyses spécifiques en vue d'identifier ou d'exclure toute infection consécutive à son utilisation. Les coûts engendrés par les consultations, les analyses et un éventuel suivi seront évidemment pris en charge par l'Hôpital du Valais.

Les médecins traitants de tous ces patients ont été avertis de cet incident, ainsi que le médecin cantonal afin qu'il puisse transmettre cette information aux autorités de surveillance de la santé.

Une information complémentaire sera diffusée aussitôt les résultats connus.

L'Hôpital du Valais, son Centre Hospitalier du Valais Romand et son Institut Central des Hôpitaux (ICH) tiennent à exprimer leurs excuses auprès des patients pour tous les désagréments consécutifs à ce regrettable incident.

Pour de plus amples informations, vous pouvez vous adresser à:

Dr Pierre Turini, Coordinateur médical pour la qualité des soins et la sécurité des patients, tél. 027 603 87 73